

18 - Insucessos em prótese sobre implantes

SIQUEIRA, Bruno Leonardo Bernardes de; SOUSA, Tatiana Peixoto Telles de; SOUSA, Lana Peixoto Telles de; VIVAN, Rodrigo Ricci; SILVA JUNIOR, Walter da

Os insucessos das próteses sobre implantes não são raros, como pode-se observar nos casos descritos na literatura. Dentre eles podemos citar o afrouxamento e/ou fratura do parafuso de retenção e/ou do pilar, fratura do material de recobrimento, fratura da infra-estrutura e até fratura da fixação. Isso gera um grande desconforto tanto para o paciente como para o cirurgião-dentista. Um cuidadoso planejamento reverso à instalação dos implantes e uma preocupação com o tipo e forma dos materiais que compõem a prótese são essenciais para evitarmos este fenômeno. A literatura ainda ressalta alguns pontos a serem observados, como o “design” da estrutura metálica (comprimento, largura, altura e espessura), do material de recobrimento - resina acrílica, cerômero ou cerâmica - e um adequado balanceamento oclusal visando uma melhor distribuição das forças. Uma escolha correta dos componentes e do metal utilizado na infra-estrutura pode evitar fracassos, pois algumas ligas possuem maior tendência à fratura. Através dos cuidados apresentados, podemos reduzir o número de insucessos clínicos.